MODELO DE ROTULAGEM

BD Plastipak™

Seringa Hipodérmica com Agulha

EMBALAGEM UNITÁRIA

BD Plastipak™
Seringa Hipodérmica com Agulha
ESTÉRIL

Modelo: _____
Contém 01 unidade

Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual com agulha.
Agulha com bisel trifacetado.
Produto de uso único - Descartar após o uso. Proibido reprocessar.
Atóxico. Apirogênico. Estéril. Esterilizado a óxido de etileno.
Produto não é feito com látex de borracha natural.
Validade: 5 anos a partir da data de fabricação/esterilização - Estéril enquanto a embalagem estiver inviolada

Fabricado por: Becton Dickinson Ind. Cirúr. Ltda,
Rua Cyro Correia Pereira, n° 550, Curitiba - PR
CNPJ 21.551.379/0013-31
Feito no Brasil
SAC 08000555654/cs_brasil@bd.com
Resp. Técnico: Luciana M. Pauka, CRF-PR 12541
Registro ANVISA n° 10033430024

Lote nº..... Data Fab/Est:.....

EMBALAGEM SECUNDÁRIA

BD Plastipak™

Seringa Hipodérmica com Agulha

ESTÉRIL

Modelo: _____

Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual com agulha.

Produto de uso único. Descartar após o uso. Proibido reprocessar.

Produto não é feito com látex de borracha natural.

Transportar na embalagem original. Proteger da luz. Armazenar em local seco e limpo.

Atóxico. Apirogênico. Estéril. Esterilizado por óxido de etileno.

Não usar caso a embalagem tenha sido previamente aberta ou violada.

Instruções de Uso do Produto:

1) A escolha do calibre e tamanho da agulha, deve ser avaliado, levando-se em consideração a via de administração, o tipo de medicação, o IMC e a idade do indivíduo.
2) Se a agulha não estiver conectada, conecte esta na seringa antes do uso.
3) Mantenha a agulha coberta com o protetor até o momento do uso para evitar danos à ponta e contaminação da agulha.
4) Ao final da injeção, descarte a seringa agulhada num coletor de perfurantes e/ou cortantes, sem reencapar a seringa.

PRECAUÇÕES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA SEGURANÇA.

CUIDADO: Para previnir HIV, HepB, HepC e outras doenças infecto-contagiosas através de acidentes com perfurantes e/ou cortantes:

A- Não recoloque o protetor em agulhas usadas. Descarte seringas com agulhas sem protetores em coletores apropriados, de paredes rígidas.

B- Caso isto não seja possível, recoloque o protetor nas agulhas utilizando técnica passiva de recolocação, isto é, não segurando o protetor da agulha durante a recolocação, e não forçando-o contra a ponta da agulha, evitando que esta penetre o protetor.

C- Siga as recomendações de seu local de trabalho com relação a prevenção de acidentes com perfurantes e/ou cortantes.

D- Siga as recomendações do Ministério da Saúde.

Atenção: A reutilização pode levar a uma infecção ou outra doença/lesão.

Recuse a embalagem no ato do recebimento se houver violação na fita seladora da embalagem

Fabricado por: Becton Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda.
Rua Cyro Correia Pereira, n° 550, Curitiba - PR
CNPJ 21.551.379/0013-31
Feito no Brasil.
Indústria Brasileira
SAC – Serviços de Atendimento ao Cliente
Brasil: 0800-0555654 / cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº: 10033430024

Lote nº..... Data Fab/Est:.....