



ANALI - 095

Laboratório Analítico Habilitado pela ANVISA

Veja o escopo no site da ANVISA:
http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/analitico_analitico_095.htm**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104220/2021A**
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS**Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- 15052- Máscaras Cirúrgicas"**

São Paulo, 11 de Março de 2021.	
DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA	Av. Queiroz Filho 1700, Torre A - Salas 303/304 - Alto de Pinheiros
Solicitante: Indianara D. Zanelato Joiozo	CEP: 05.319-000 - São Paulo - SP

Material: Máscara Cirúrgica Descartável Descarpack	
Data de entrada: 08/03/2021	Hora de entrada: 15:50
Embalagem: Plástica	Condições de transporte: Temperatura ambiente



Descrição da amostra:

Marca: Descarpack Lote: SMARAA0009 Composição: 100% Polipropileno Gramatura: Camada Interna 14g/m ² e as Camadas Externas 20g/m ² Quantidade de Camadas: 3 Camadas Cor: Branca Tamanho: 9,5cm ±1 cm Fabricante: Flavors of America S.A		
Nº do Produto: 01	Data de Fabricação: 01/2021	Data de Validade: 12/2025

Micro-organismo utilizado: *Staphylococcus aureus* ATCC 6538**Resultado:** A amostra apresentou 99,93% de eficiência de filtração bacteriana.**Requisito de aprovação segundo NBR 15052:2004**

BFE% ≥95%	Aprovada
BFE% <95%	Reprovada

Metodologia: ABNT NBR 15052: 2004 Anexo B Artigos de não tecido de uso Odonto-médico-hospitalar - Máscaras Cirúrgicas - Requisitos**Observação:** Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica  CRBio.: 18.098-01	Gerente de Laboratório  Paula de Maio Trezza CRBio.: 48.933/01-D
--	--

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.

Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em:<http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf>Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br.