Rua Alexandre Dumas, 1976
São Paulo, SP 04717-004
Tel: 0xx11 5185-9810
Fax: 0xx11 5185-9937
bd.com

**INSTRUÇÃO DE USO**

# BD Cateter Insyte™

Cateter I.V. – Radiopaco – Apirogênico

STERILE EO

BD Vialon™
Catheter Material

## INDICAÇÃO

O cateter BD Insyte é recomendado para uso em terapias intravenosas periféricas de curta duração. Terapia de curta duração é definida como um período de introdução máximo de 30 dias. O Cateter BD Insyte deve ser substituído a cada 72 – 96 horas em pacientes adultos. Em pacientes pediátricos, a recomendação é manter o cateter no lugar até a conclusão da terapia IV, exceto em caso de surgimento de dificuldades (por exemplo flebite ou infiltração), de acordo com a orientação da CDC para prevenção de infecções relacionadas a cateteres intravenosos (Centros de Controle e Prevenção de Doenças, EUA).

**Diretrizes gerais:**

**Os profissionais de saúde devem ser treinados na prática de punção venosa e da inserção de cateteres e devem estar cientes dos perigos inerentes ao procedimento.**

A técnica asséptica, o preparo adequado da pele e a proteção contínua do local de inserção são essenciais. Observe as precauções universais em TODOS os pacientes. Apirogênico. Estéril, exceto nos casos em que a embalagem foi aberta ou se apresente danificada. Este produto não é feito com látex de borracha natural. Este produto não é feito com DEHP. Use somente se a embalagem unitária estiver intacta. Produto de uso único. Descarte após o uso. Proibido reprocessar. Não é feito com PVC. Radiopaco.

**Precauções e advertências:**

- Nunca reinsira a agulha no cateter.
- Não use tesoura no local da inserção ou perto dele.

Rua Alexandre Dumas, 1976
São Paulo, SP 04717-004
Tel: 0xx11 5185-9810
Fax: 0xx11 5185-9937
bd.com

- Os cateteres Insyte de calibres 18 a 22 são indicados para uso com injetores de força até um ajuste de pressão máxima de 300 psi.
- Deve-se garantir a patência do cateter antes de conectar o injetor de força ao cateter.
- Notifique imediatamente as picadas de agulha acidentais e cumpra o protocolo estabelecido.
- A exposição ao sangue, seja através de perfuração cutânea com uma agulha contaminada ou através das mucosas, pode levar à transmissão de doenças graves como hepatite, HIV (AIDS) ou outras doenças infecciosas.
- A recolocação de agulhas na tampa é arriscada.
- Leis federais dos EUA restringem a venda deste dispositivo apenas por ou mediante solicitação de um médico.
- A reutilização pode provocar infecções ou outras doenças/lesões.

**Inserção do cateter:**

A. Remova a tampa da agulha e inspecione o cateter. Gire o cateter em 360°.

B. Faça a venopunção.

C. Observe o retorno do sangue na câmara transparente. BD Insyte-N: o retorno do sangue também será visível pelo cateter.

D. Ao visualizar o retorno sanguíneo, diminua e avance levemente toda a unidade de cateter e agulha para garantir que a extremidade do cateter esteja dentro do vaso.

E. Segurando o cursor da câmara luminosa, afaste o cateter da agulha, introduzindo-o na veia.

F. Segurando o canhão colorido, remova delicadamente a agulha e descarte-a imediatamente em um recipiente para objetos perfuro-cortantes, à prova de vazamentos e resistente a perfurações.

G. Conecte o tubo ou adaptador.

H. Segure o cateter e aplique um curativo estéril, sempre de acordo com os protocolos da sua instituição.

**APRESENTAÇÕES:**

Embalagem individual estéril; comercializado em embalagens com 50 unidades.
Embalagem individual estéril; comercializado em embalagens com 200 unidades.
Embalagem individual estéril; comercializado em embalagens com 350 unidades.

Rua Alexandre Dumas, 1976
São Paulo, SP 04717-004
Tel: 0xx11 5185-9810
Fax: 0xx11 5185-9937
bd.com

| PRODUTO | ESPECIFICAÇÃO | COR DO CONECTOR LUER LOCK |
|---|---|---|
| BD INSYTE | 24GA X 0.75” | AMARELO/AMARILLO/YELLOW |
| | 22GA X 1.00” | AZUL/BLUE |
| | 20GA X 1.00” | ROSA/PINK |
| | 20GA X 1.16” | ROSA/PINK |
| | 18GA X 1.16” | VERDE/GREEN |
| | 18GA X 1.88” | VERDE/GREEN |
| | 16GA X 1.77” | CINZA/CENIZA/GREY |
| | 14GA X 1.75” | LARANJA/NARANJA/ORANGE |
| BD INSYTE-N* | 24GA X 0.56” | AMARELO/AMARILLO/YELLOW |

*** BD Insyte-N** possui menor dimensão, por isso é indicado para pacientes neonatos, pediátricos e geriátricos.

N° de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagem.

**Fabricante:**

Becton Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda.

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 273

Juiz de Fora, MG, Brasil, CEP 36081-000

CNPJ-21.551.379/0001-06, Indústria Brasileira

Responsável Técnico: Marcelo A. Lopes, CRF MG – 13673

SAC: 0800 055 5654 ou cs_brasil@bd.com,

www.bd.com/brasil.

Reg. ANVISA/MS n° 10033430280