



M & J Com de Embalagens Plásticas e Vidros Ltda.
Rua Raiz da Serra, 578 – JD ORIENTAL – CEP.04347-010
Fon.11 5565-5687, 5017-8086 e 5562-1816
www. <http://delpozzoembalagens.com.br>

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CLIENTE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
NOTA	002184
EMISSÃO	15/12/2022
PRODUTO	BULBO SILICONE BRANCO
LOTE Nº	032163
FABRICAÇÃO	16/07/2022
VALIDADE	16/07/2026
QUANTIDADE	50,000 PC

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADO
Peso	2,0 ± 1	2,1Gr
Altura	24,55 ± 0,2	24,6 mm
Diâmetro Externo Superior	14,79 ± 0,2	14,8mm
Diâmetro Externo Inferior	17,76 ± 0,2	17,8 mm
Diâmetro Interno	5,27 ± 0,2	5,29 mm
Material	SILICONE BRANCO	

AVISO IMPORTANTE

Produto não esterilizado.

Este formulário de composição foi produzido eletronicamente, portanto válido sem a assinatura.

Este laudo se originou com informações recebidas de nossos fornecedores.

Este produto **NÃO** é indicado para o uso de **ÓLEOS AROMÁTICOS**, devido a reação dos componentes.

ACONDICIONAMENTO

Em sacos plásticos e caixas de papelão Kraft ondulado, em condições de higiene satisfatória, sem qualquer substância estranha que venha a comprometer ou afetar a integridade da embalagem ou produtos

AMOSTRAGEM REALIZADA DURANTE O PROCESSO DE PRODUÇÃO E APÓS LOTE PRONTO

Plano de Inspeção: Military STD 105/D – NBR 5426 (1985)

Resultado	Aprovado
Analisado por:	Karin Del Pozzo

Este formulário de composição foi produzido eletronicamente, portanto válido sem a assinatura.

Cópia do laudo original do Fornecedor.